

Норма средней наработки до отказа прибора 65750 ч.
Средний срок службы прибора 10 лет (при средней интенсивности эксплуатации прибора до 18 ч в сутки).

Масса цветных металлов:

— алюминий и алюминиевые сплавы (обойма, буксы, циферблат, стрелка, каркас рамки) — 9,5 г
— медь и сплавы на медной основе (токоведущие и крепежные детали) — 14,0 г

МИКРОАМПЕРМЕТР
МИЛЛИВОЛЬТМЕТР

M4205

ПАСПОРТ



* Гайки и шайбы без никелевого покрытия применять для крепления прибора к щиту.

Свидетельство о приемке

Прибор соответствует техническим условиям ТУ 25-0444.017-85
и признан годным для эксплуатации.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев с момента изготовления прибора
Гарантийный срок эксплуатации — 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию.

Основные технические данные и характеристики						Комплектность							Дата выпуска
Класс точности	Диапазон измерений	Масса прибора, кг, не более	Масса калибровочных проводов, кг, не более	Габаритные размеры, мм, не более	Масса платинового сплава, г	Прибор, шт.	* Гайка М3, шт	* Шайба 3, шт.	Шайба пружинная 3, шт.	Провода калиброванные, пара	Инструкция по эксплуатации на партию приборов (по требованию заказчика). экз.	Паспорт, экз.	
2,5	100-0-100 мА	0,13		60×60×50		1	4	6	4		1	1	12 ОТК 91