



МИКРОАМПЕРМЕТР М901

№ 23223

П А С П О Р Т

ЗПН.328.026 ПС



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Микроамперметр М901 предназначен для измерения малых значений постоянного тока при температуре окружающего воздуха от -40 до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 95% при $(+35^{\circ}\text{C})$.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел измерения 200/200 мкА.

Класс точности 0,5

Сопротивление 30 Ом

Рабочее положение вертикальное ~~или горизонтальное~~.

Испытательное напряжение прочности изоляции — 2 кВ.

Прибор выдерживает: Удары с ускорением 70 м/с^2 при частоте ударов от 80—120 в мин, вибрацию с ускорением 15 м/с^2 в диапазоне частот от 20—80 Гц.

Габаритные размеры — $100 \times 90 \times 69 \text{ мм}$.

Масса — не более 0,2 кг.

Количество драгоценных металлов в приборе:

платина — 0,0019 г — в составе сплава.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Прибор — 1 шт.

2. Паспорт — 1 экз.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВКЕ

Микроамперметр М901 соответствует ТУ 28.0432.00782 и признан годным для эксплуатации.

Упаковка приборов, маркировка упаковочной тары и

Документация, укладываемая в ящик, соответствующая
ГОСТ 9181-74. 2 2 2 7

Дата выпуска _____
Контролер ОТК _____

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию. Гарантийный срок хранения 6 месяцев с момента изготовления.

6. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Дата проверки	Где и кем проверен	Результат	Подпись