

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ТХА – 1368

ПАСПОРТ

5Ц2.821.651 ПС

1 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

1.1 Диапазон измеряемых температур, °С	от 0 до 1000
1.2 Литерное обозначение номинальной статической характеристики преобразования (НСХ)	К
1.3 Класс	2
1.4 Показатель тепловой инерции, с, не более	20
1.5 Условное давление измеряемой среды, Р _у , МПа	0,8
1.6 Материал монтажной защитной арматуры	Сплав ХН50МВКТЮР-ИД
1.7 Длина монтажной части, мм	80
1.8 Устойчивость к механическим воздействиям	виброустойчивый вибропрочный
1.9 Масса, кг, не более	0,2

Линия отреза при поставке на экспорт

ОКП 42 1152 1693
ДКПП 33.20.51.390

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

ТХА – 1368

ПАСПОРТ

5Ц2.821.651 ПС

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплект поставки соответствует указанной в таблице 1

Таблица 1

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
5Ц2.821.651-02	Преобразователь термоэлектрический ТХА - 1368	1 шт.	
5Ц6.627.011	Наконечник	1 шт.	
5Ц7.750.092	Наконечник	1 шт.	
5Ц2.821.651 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.	На партию 50 шт или меньшее количество при отправке в один адрес
5Ц2. 821.651 ПС	Паспорт	1 экз.	
Примечание. Групповой и ремонтный комплекты поставляются в соответствии с техническими условиями			

3 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ

3.1 Назначенный ресурс, не менее:

- 5000 ч в том числе:

- 400 ч при температуре 1000 °С и 1600 ч при температуре 800 °С для 5Ц2.821.651 ... 5Ц2.821.651-02;

- 400 ч при температуре 800 °С и 1600 ч при температуре 650 °С для 5Ц2.821.651-03 ... 5Ц2.821.651-05, 5Ц2.821.651-07, 5Ц2.821.651-08;

- 600 ч при температуре 750 °С и 1400 ч при температуре 650 °С для 5Ц2.821.651-06.

3.2 Средний срок службы термопреобразователя – не мене 10 лет.

3.3 Срок хранения – 5лет.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения в упаковке изготовителя:

2 года - в условиях хранения 2 по ГОСТ В 9.003-80,

5 лет - в условиях хранения 4.1 по ГОСТ В 9.003-80.

Гарантийный срок эксплуатации - 6 лет со дня ввода в эксплуатацию преобразователя термоэлектрического потребителем, включая 5 лет со дня подписания приемного акта заказчиком на объект, в пределах гарантийного срока хранения;

Гарантийные обязательства поставщика сохраняются после 6 лет в течении срока службы 10 лет, но все работы, необходимые для восстановления вышедших из строя термопреобразователей, производятся поставщиком за счет Генерального заказчика.

Изготовитель гарантирует соответствие качества преобразователей термоэлектрических требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Преобразователь термоэлектрический ТХА-1368 заводской № К101934
соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата изготовления

2014 01 28

год, месяц, число



личная подпись (оттиск личного клейма) лица
предприятия, ответственного за приемку

Земченко

расшифровка подписи

Преобразователь термоэлектрический ТХА – 1368 исполнение 5Ц2.821.651 – 02
заводской № К101934, соответствует техническим условиям ТУ В 25-7330.003 -89,
«Условиям поставки №01-1874-62» и признан годным для эксплуатации.



М.П.

личная подпись (оттиск личного клейма) лица
предприятия, ответственного за приемку

Представитель заказчика

М.П.

личная подпись

расшифровка подписи

Земченко

расшифровка подписи

2014. 01. 29

год, месяц, число

2014. 01. 29

год, месяц, число

5 КОНСЕРВАЦИЯ

5.1 Сведения о консервации указываются в таблице 2.

Таблица 2 – Консервация *)


Дата	Наименование операции	Срок действия, годы	Подпись

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Преобразователь термозлектрический ТХА –1368 заводской № K101934
упакован на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным
в действующей технической документации.

Упаковщик

должность


личная подпись

Стець

расшифровка подписи

2016 г. 1. 2. 3.
год, месяц, число

*) Заполняется при наличии требований консервации

Линия отреза при поставке на экспорт